


## COMPARATIVO ENTRE ARTES DEL PRODUCTO PARA LOTE L056909

Producto sospechoso	Arte real de Precision Care
	
	
	

### Diferencias:

- Diferencias en el logo Precision Care en relación a color, letra y tamaño.
- Tamaño de la imagen diferentes.
- Diferencias de tamaño y color en la denominación del producto.
- Colores.
- **Nuestra Presentación comercial contiene:**
  - a) Icono de mano indicando característica: Guante azul;
  - b) Línea divisoria en nombre español/Inglés;
  - c) Indica Unidades/ Units y Pares/Pairs;
  - d) Iconos de guante sin talco;

- e) Declaración de la talla mediante una franja color azul;
- f) Número que indica cantidad de unidades en blanco y número que indica cantidad de pares en color gris dentro de una franja azul oscuro.

**Falsificado:**

- a) No presenta ícono de la mano indicando guante azul;
- b) No contiene línea divisoria entre nombre del producto español/inglés;
- c) No indica Unidades/Units y Pares/Pairs;
- d) El ícono de guante sin talco es diferente;
- e) Declaran la talla de manera diferente: sin franja azul;
- f) Número que indica cantidad de unidades en color azul y número que indica cantidad de pares en color gris. Sin franja azul oscuro. Tamaño más grande.

Producto sospechoso	Arte real Precision Care

**Diferencias:**

- **Nuestra Presentación comercial contiene:**
  - a) Información de importador y titular en parte *inferior derecha* (al lado del código de barras);
  - b) Registro para guante de nitrilo: INVIMA 2020DM-0021588.
- **Falsificado:**
  - a) Información de importador y titular en parte *superior derecha*;
  - b) Registro para guante de nitrilo vencido.
- Diferencias en la posición de los símbolos de empaque;
- Diferencias en la posición del No. Registro sanitario, fabricante y dirección del fabricante;
- Diferencias en la posición del No. De lote, fecha de fabricación y de vencimiento;
- Diferencias en la letra.